

# UT8805 SCPI 命令说明手册

## 1.1. 语法惯例

命令语法格式如下：

```
[SENSe:]VOLTage:DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}
```

大多数的命令(及个别参数)是大小写字母的混合。大写字母表示命令的缩写，即短型命令。如果要获得较好的程序可读性，可以使用长型命令。

例如，前文中 VOLTage 这个关键词。您可以输入 VOLT 或 VOLTage，大小写字母随意结合。因此，VolTaGe、volt 和 Volt 都可以接受。其他格式(如 VOL 和 VOLTAG)将会产生错误。

大括号({ })包含了参数选择。大括号不随命令字符串发送。

垂直线(|)分隔参数选择。例如，上述命令中的 {<range>|MIN|MAX|DEF} 表示您可以指定一个数字范围参数或“MIN”、“MAX”或“DEF”。垂直线不随命令字符串发送。

尖括号(< >)表示必须给括号内的参数指定一个值。例如，上述的语法语句表明尖括号中的 <range> 参数。不随命令串一起发送尖括号。必须为该参数指定一个值(例如“VOLT:DC:RANG 10”)，除非您选择语法中显示的其他选项中的一项(例如“VOLT:DC:RANG MIN”)。

可选参数放在方括号内([ ])。方括号不会随命令串一起发送。如果您未对可选参数指定数值，则仪器将使用默认值。

## 1.2. 使用 MIN、MAX 和 DEF 参数

可以用“MIN”或“MAX”代替很多命令的参数。在某些情况下，您也可以使用“DEF”替换。例如，参考一下示例：

```
VOLTage:DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}
```

此命令不一定要为 <range> 参数选择特定的值，可以用 MIN 参数将量程设置为最小值，用 MAX 参数将量程设置为最大值，或用 DEF 参数将量程设置为默认值。

## 1.3. 查询参数设置

要查询大多数参数的当前值，您可以添加问号(?)在命令末端，例如，下面的示例将触发计数设置为 10 次测量：

```
TRIG:COUN 10
```

然后，通过发送以下命令来查询当前生效的计数值：

```
TRIG:COUN?
```

在问询命令中，你仍可以使用 MIN 和 MAX 甚至 DEF 参数来获取设置的边界值或默认值：

```
TRIG:COUN? MIN
```

```
TRIG:COUN? MAX
```

## 1.4. IEEE-488.2 通用命令

IEEE-488.2 标准定义了一组常用命令，可执行复位、自检以及状态操作等功能。常用命令总是以星号(\*)开始，长度为3个字符，并可以包括一个或多个参数。命令关键字与第一个参数由空格分开。使用分号(;)可分隔多个命令，如下所示：

```
*RST; *CLS; *ESE 32; *OPC?
```

## 1.5. SCPI 参数类型

SCPI 语言定义了程序信息和响应信息所使用的几种数据格式。

### 1.5.1. 数值参数

要求使用数值参数的命令，支持所有常用的十进制数字表示法，包括可选符号、小数点和科学记数法等。还可以接受数值参数的特殊值，如 MIN、MAX 和 DEF。此外，还可以在数值参数后面添加单位(例如，M、k、m 或 u)。如果命令只接受某些特定值，仪器将自动为输入的数值参数匹配一个可用的特定值。下面这条命令要求给数值参数设置档位：

```
VOLTage:DC:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}
```

**注意** 由于 SCPI 解析器不区分大小写，会有些混淆字母“M”(或“m”)。为了方便起见，仪器将“mV”(或“MV”)认作毫伏，但是将“MHZ”(或“mhz”)认作兆赫。同样地，“M $\Omega$ ”(或“m $\Omega$ ”)被认作是 meg $\Omega$ 。您可以使用前缀“MA”表示兆。例如，将“MAV”认作兆伏。

### 1.5.2. 离散参数

离散参数用于设置有限个参数值(例如 IMMEDIATE、EXTERNAL 或 BUS)。就象命令关键字一样，它们也可以有短格式和长格式。可以混合使用大写和小写字母。查询响应始终返回全部为大写字母的短格式。下面的示例要求将离散参数用于温度单位：

```
UNIT:TEMPerature {C|F|K}
```

### 1.5.3. 布尔参数

布尔参数代表一个真或假的二进制条件。对于假条件，仪器将接受“OFF”或“0”。对于真条件，仪器将接受“ON”或“1”。当查询布尔设置时，仪器始终返回“0”或“1”。下面的示例要求使用布尔参数：

```
DISPlay:STATe {ON|1|OFF|0}
```

## 1.8. ABORt

**命令描述** 终止正在进行中的测量，将仪器返回到“触发空闲”状态。

参数 典型返回

无 无

终止正在进行中的测量：

```
TRIG:SOUR IMM //设置触发源为立即触发
```

```
TRIG:COUN 10 //设置触发次数为 10 次
```

```
INIT //将触发状态设置为“等待触发”
```

ABOR //中断该次测量

当仪器处于触发等待状态或者正在进行一个长时间的测量时，可以用此命令终止当前动作。

## 1.9. FETCh?

**命令描述** 等待最近一次测量完成，并将所有可用的测量数据返回

参数 典型返回

无

-5.75122019E-04, -5.77518360E-04,

-5.73923848E-04, -5.76020647E-04

将触发源设置为立即触发，INIT 命令将仪器置于“等待触发”状态，在立即触发状态下，测量将立即被触发并且将测量结果发送到测量存储器中，FETCh?命令将测量结果从测量存储器发送至仪器的输出缓冲区中：

TRIG:SOUR IMM //设置触发源为立即触发

TRIG:COUN 10 //设置触发次数为 10 次

INIT //将触发状态设置为等待触发

FETC? //读取本次测量生成的测量值

FETCh? 查询不会从读数存储器擦除测量结果。您可以将查询发送多次，以检索相同的数据。

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,0000 个测量值，如果读数存储器溢出，新的测量值将会覆盖存储的最旧的测量值；始终会保留最新的测量值。不会产生任何错误，但在可疑数据寄存器的条件寄存器中设置 Reading Mem Ovfl(读数存储器溢出)位(位 14)。

值得注意的是，以下命令会将测量结果清空，从而导致 FETCh?的返回值出现变化：

INITiate

MEASure:<function>?

READ?

## 1.10. INITiate[:IMMediate]

**命令描述** 将触发系统状态置为“等待触发”状态。在接收到 INITiate 命令后，触发条件一旦得到满足，测量随即开始。此命令还从读数存储器中清除之前那组测量结果。

参数 典型返回

无 无

将触发状态设置为“等待触发”后，才可以有效的接收到触发信号：

TRIG:SOUR BUS //设置触发源为总线触发

TRIG:COUN 10 //设置触发次数为 10 次

INIT //将触发状态设置为等待触发

\*TRG //发送触发信号

FETCh? //测量完成后可读取测量存储器

利用 INITiate 将测量结果储存在读数存储器中（当然需要配合 FETCh?命令才能将读数发送到仪器缓冲区）比利用 READ? 将测量结果发送到仪器的输出缓冲区快。INITiate 命令也是一个“重叠的”命令。这意味着在执行 INITiate 后，您才能发送不影响测量结果的其他命令。

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,0000 个测量值，如果读数存储器溢出，新的测量值将会覆盖存储的最旧的测量值，始终会保留最新的测量值，不会产生任何错误，但在可疑数据寄存器的条件寄存器中设置 Reading Mem Ovfl(读数存储器溢出)位(位 14)。

要从读数存储器检索测量结果，请使用 FETCh?。使用 DATA:REMOve? 或 R? 读取并擦除全部或部分得到的测量结果。

可以使用 ABORt 命令返回到“触发空闲”状态。

## 1.11. OUTPut:TRIGger:SLOPe {POSitive|NEGative}

### OUTPut:TRIGger:SLOPe?

**命令描述** 在后面板 VM Comp BNC 连接器上选择 voltmeter complete 输出信号的斜率。

参数 典型返回

{POSitive|NEGative}，默认 NEGative 无

配置直流电压测量并进行两次测量。每次测量完成后，后面板 VM Comp 连接器上的信号将输出一个正脉冲：

```
CONF:VOLT:DC 10
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
OUTP:TRIG:SLOP POS
```

```
INIT
```

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 1.12. READ?

**命令描述** 从读数存储器中读取并擦除测量结果，最多可达指定的<max\_readings>。此命令读取数据时会先从最早的测量结果开始。

参数 典型返回

无

```
-1.23006735E-03,-1.30991641E-03,-1.32756530E-03,
```

```
-1.32002814E-03
```

从读数存储器中传输测量结果：

```
TRIG:COUN 4
```

```
SAMP:COUN 1
```

```
READ?
```

FETCh? 查询不会从读数存储器擦除测量结果。发送 READ?命令后您可以将 FETCh?命令发送多次，以检索相同的数据。

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,0000 个测量值，如果读数存储器溢出，新

的测量值将会覆盖存储的最旧的测量值；始终会保留最新的测量值。不会产生任何错误，但在可疑数据寄存器的条件寄存器中设置 Reading Mem Ovf1 (读数存储器溢出) 位 (位 14)。

值得注意的是，以下命令会将测量结果清空，从而导致 READ? 的返回值出现变化：  
INITiate  
MEASure:<function>?  
READ?

## 1.14. SAMPLE:COUNT {<count>|MIN|MAX|DEF}

### SAMPLE:COUNT? [ {MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 指定仪器单次触发所采集的样本数量。

参数 典型返回

1 (默认) 至 100,000 1

设置单次触发的采样次数为 10 次，在后面板的 VM Comp BNC 连接器上连接示波器将只观察到一个脉冲：

SAMP:COUN 10 //设置采样次数为 10 次

TRIG:COUN 1 //设置触发次数为 1 次

TRIG:SOUR EXT;SLOP NEG //设置触发源为外部触发并且将触发信号设置为下降沿

OUTP:TRIG:SLOP POS //将触发输出信号设置为上升沿

READ? //开始该轮测量并读数

您可以将设定样本计数命令与设定触发计数命令 (TRIGGER:COUNT) 一同使用，在返回到“空闲”触发状态之前，触发计数命令可以设置仪器将会接受的触发数。返回的测量总数将是样本计数与触发计数的乘积值。

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,0000 个测量值，如果读数存储器溢出，新的测量值将会覆盖存储的最旧的测量值，始终会保留最新的测量值。不会产生任何错误，但在可疑数据寄存器的条件寄存器中设置 Reading Mem Ovf1 (读数存储器溢出) 位 (位 14)。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 1.15. UNIT:TEMPERature {C|F|K}

### UNIT:TEMPERature?

**命令描述** 选择温度测量时使用的单位 (°C、°F 或 Kelvin)

参数 典型返回

{C|F|K}, 默认为 C

设置以 °F 为单位返回温度测量值：

UNIT:TEMP F //将温度测量时所用的单位设置为 °F

MEAS:TEMP? //恢复温度默认配置后读取一组温度测量值  
在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 2. CALCulate 子系统

### 2.1. CALCulate:CLEar[:IMMediate]

**命令描述** 清除所有限值条件、直方图数据、统计信息和测量结果。

**参数** 典型返回

无 无

清除所有限值条件、直方图数据、统计信息和测量结果：

```
CALC:CLE:IMM
```

此命令需要清除的项将在调用此条命令后同步清除，因此，所有直方图、统计信息和限制数据在测量重新启动的同时均重新启动。

### 2.2. CALCulate:LIMit 子系统

此子系统指定测量值的限值。

#### 示例

下面的示例为直流电压测量模式下的限值测试，示例中将下限值设置为 2.4V，上限值设置为 3.6V。超出 3.6V 的测量结果将设置可疑状态寄存器的 12 位(上限失败)；低于 2.4V 的测量结果将设置 11 位(下限失败)。

```
*CLS
```

```
CONF:VOLT 10
```

```
SAMP:COUN 100
```

```
CALC:LIM:LOW 2.4
```

```
CALC:LIM:UPP 3.6
```

```
CALC:LIM:STAT ON
```

#### 命令概要

```
CALCulate:LIMit:CLEar[:IMMediate]
```

```
CALCulate:LIMit:{LOWer|UPPer}[:DATA]
```

```
CALCulate:LIMit[:STATe]
```

#### 2.2.1. CALCulate:LIMit:CLEar[:IMMediate]

**命令描述** 清除当前执行限值的前面板指示并清除可疑数据寄存器事件寄存器组条件寄存器中的 11 位(“下限失败”)和 12 位(“上限失败”)。相应事件寄存器位不受影响。条件寄存器可不间断地监控仪器的状态。条件寄存器位实时更新；它们既不锁定亦无缓冲。事件寄存器是只读寄存器，从条件寄存器锁存事件。设置事件位时，将忽略与该位相对应的随后发生的事件。

**参数** 典型返回

无 无

清除所有限值测试结果：

```
CALC:LIM:CLE:IMM
```

此命令不会清除读数存储器中保存的测量结果。

当测量功能改变或执行以下任意一条命令时，仪器清除超出限值的前面板指示，并清除可疑数据寄存器中的 11 和 12 位：

```
CALCulate:LIMit:STATe ON
```

```
INITiate
```

```
MEASure:<function>?
```

```
READ?
```

```
CALCulate:LIMit:CLEar
```

要清除统计结果、极限、直方图数据和测量数据，使用 `CALCulate:CLEar[:IMMEDIATE]`。

### 2.2.2. `CALCulate:LIMit:{LOWer|UPPer}[:DATA] {<value>|MIN|MAX|DEF}`

```
CALCulate:LIMit:{LOWer|UPPer}[:DATA]? [{MIN|MAX|DEF}]
```

**命令描述** 设置限值模式的下限/上限值

参数 典型返回

-1.0E+15 至 -1.0E-15,

或

0.0 (默认)

或

+1.0E-15 至 1.0E+15

+1.00000000E+00

参见 [示例](#)

可以分配下限、上限或两者都分配。请勿将下限设置高于上限，但是若下限设置高于上限，则上限值会强制设置为同下限值一样的值。

**Limit crossing:** 如果测量结果小于指定的下限，在可疑数据条件寄存器中设置 11 位（“下限失败”）。大于指定上限的测量结果设置 12 位（“上限失败”）。`CONFIGure` 命令将两个限值重新设置为 0。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

### 2.2.3. `CALCulate:LIMit[:STATe] {ON|1|OFF|0}`

```
CALCulate:LIMit[:STATe]?
```

**命令描述** 启用或禁用限值测试。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认关闭 0(关闭)或 1(开启)

参见 [示例](#)

当测量功能改变或执行以下任意一条命令时，仪器清除超出限值的前面板指示，并清除可疑数据寄存器中的 11 和 12 位：

```
CALCulate:LIMit:STATe ON
```

```
INITiate
```

```
MEASure:<function>?
```

READ?

CALCulate:LIMit:CLEar

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 2.3. CALCulate:TRANSform:HISTogram 子系统

HISTogram 子系统配置直方图显示。

### 命令概要

CALCulate:TRANSform:HISTogram:ALL?

CALCulate:TRANSform:HISTogram:CLEar[:IMMEDIATE]

CALCulate:TRANSform:HISTogram:COUNt?

CALCulate:TRANSform:HISTogram:DATA?

CALCulate:TRANSform:HISTogram:POINts

CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO

CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:{LOWer|UPPer}

CALCulate:TRANSform:HISTogram[:STATe]

### 示例

本例启用自动定标、DCV 模式测量结果的 100 个柱状图。然后它返回经过计算的直方图，包括下限量程值和上限量程值，总测量计数和各柱体的分布数据。

```
CONF:VOLT:DC 20
```

```
SAMP:COUN 100
```

```
CALC:TRAN:HIST:RANG:AUTO ON
```

```
CALC:TRAN:HIST:POIN 100
```

```
CALC:TRAN:HIST:STAT ON
```

```
INIT
```

```
*WAI
```

```
CALC:TRAN:HIST:ALL?
```

典型响应： -9.19862179E-02, -3.19788034E-04, +100, <102 组柱体数据>

注意 上面的响应返回了 102 组数据，其中第一组数据为低于下限量程值的数据数，最后一组数据为高于上限量程值的数据数。

### 2.3.1. CALCulate:TRANSform:HISTogram:ALL?

#### CALCulate:TRANSform:HISTogram:DATA?

**命令描述** ALL 形式的查询返回一个以逗号分隔的上限量程和下限量程值、测量次数以及自从上次清除直方图数据以来所收集的柱体数据。DATA 形式只返回柱体数据。

**参数** 典型返回

(无) 请参见[示例](#)

请参见[示例](#)

柱体数据包括下列情况，按照顺序：

测量结果数低于下限量程值

每一个柱体测量结果数均不会低于下限量程值



测量结果数大于上限量程值

量程值为以+1.00000000E+00 形式返回的实数。测量结果数和柱体数据均为以+100形式返回的正整数。

### 2.3.2. CALCulate:TRANSform:HISTogram:CLEar[:IMMediate]

**命令描述** 清除直方图数据，并且如果直方图量程已经启用

(CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO ON)，那就重新启用。

参数 典型返回

(无) (无)

清除直方图数据：

CALC:TRAN:HIST:CLE

此命令不会清除读数存储器中的测量结果。

要清除统计结果、极限、直方图数据和测量数据，使用 CALCulate:CLEar[:IMMediate]。

### 2.3.3. CALCulate:TRANSform:HISTogram:COUNT?

**命令描述** 返回自从上次清除直方图数据以来收集到的测量结果数。

参数 典型返回

(无) +96

返回直方图的测量结果数：

CALC:TRAN:HIST:COUN?

### 2.3.4. CALCulate:TRANSform:HISTogram:POINTs

{<value>|MIN|MAX|DEF}

CALCulate:TRANSform:HISTogram:POINTs?

**命令描述** 设置直方图下限量程值与上限量程值之间的柱形数。总是存在两个附设置直方图下限量程值与上限量程值之间的柱形数。总是存在两个附加柱形：一个用于低于下限量程的测量，一个用于高于上限量程的测量。

参数 典型返回

{10|20|40|100|200|400|MIN|MAX|DEF}, 默认 100 +100

请参见[示例](#)

可以使用 CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe: {LOWer|UPPer} 指定下限量程值和上限量程值。如果 CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO 打开，则自动计算下限范围和上限范围值。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值

### 2.3.5. CALCulate:TRANSform:HISTogram:AUTO:ONCE

**命令描述** 直方图测量自动刻度一次。

### 2.3.6. CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe: {LOWer|UPPer}

{<value>|MIN|MAX|DEF}

CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe: {LOWer|UPPer}?

**命令描述** 设置直方图的下限和上限量程值。设置下限或上限范围值 (CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe: {LOWer|UPPer}) 将禁用自动选择下限和上限范围值 (CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO OFF)。

参数 典型返回

-1.0E+15 至 -1.0E-15,

或

0.0 (默认)

或

+1.0E-15 至 1.0E+15

+1.00000000E+06

请参见 [示例](#)

如果启用了自动量程值选择 (CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO ON), 查询返回经过计算的量程值, 如果直方图数据不存在, 则返回 9.91E37 (不是数字)。

如果 CALCulate:TRANSform:HISTogram:RANGe:AUTO 打开, 则自动计算下限范围和上限范围值。

在出厂重置 (\*RST) 或仪器预置 (SYSTem:PRESet) 之后, 此参数被设置为其默认值。

### 2.3.7. CALCulate:TRANSform:HISTogram[:STATe] {ON|1|OFF|0}

#### CALCulate:TRANSform:HISTogram[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用直方图计算。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0 (关闭) 或 1 (开启)

请参见 [示例](#)

## 2.4. CALCulate:SCALE 子系统

此子系统标定 ACV 和 DCV 测量结果

### 命令概要

CALCulate:SCALE:DB:REFerence

CALCulate:SCALE:DBM:REFerence

CALCulate:SCALE:FUNCTion

CALCulate:SCALE:REFerence:AUTO

CALCulate:SCALE[:STATe]

### 2.4.1. CALCulate:SCALE:DB:REFerence {<reference>|MIN|MAX|DEF}

#### CALCulate:SCALE:DB:REFerence? [ {MIN|MAX} ]

**命令描述** 将相对值保存在万用表的归零逻辑和 dB 相关寄存器中, 该功能对应于 CALCulate:SCALE:FUNCTion 中的 dB 函数。当启用 dB 函数时, 在测量结果转换为 dBm 之后, 将从每个电压测量结果中减去该值。

**注意** 此命令仅适用于 ACV 和 DCV 测量功能。

参数 典型返回

-200.0 dBm 至 +200.0 dBm, 默认为 0 +5.00000000E+02

启用具有-10 dB 参考的 dB 标定:

```
CALC:SCAL:DB:REF -10.0  
CALC:SCAL:FUNC DB  
CALC:SCAL:STAT ON
```

指定参考值将禁用自动参考选择 (CALCulate:SCALe:REFerence:AUTO OFF)。

dB 相对值参数与 CALCulate:SCALe:DBM:REFerence 所设置的 dBm 参考相关。

数学函数变更或测量函数变更之后, 在启用自动参考选择的情况下, 仪器将参数值设置为 0.0。

#### 2.4.2. CALCulate:SCALe: DBM:REFerence {<reference>|MIN|MAX|DEF} CALCulate:SCALe: DBM:REFerence? [{MIN|MAX}]

**命令描述** 选择参考电阻, 将电压测量结果转化为 dBm。此参考值影响 dBm 和 dB 标定函数。

**注意** 此命令仅适用于 ACV 和 DCV 测量功能。

参数 典型返回

```
50、75、93、110、124、125、135、  
150、250、300、500、600 (默认值)、  
800、900、1000、1200 或 8000 Ω  
+6.00000000E+02
```

用 600 Ω 参考电阻启动 dBm 标定:

```
CALC:SCAL:DBM:REF 600  
CALC:SCAL:FUNC DBM  
CALC:SCAL:STAT ON
```

在恢复出厂重置、数学函数变更或测量函数变更之后, 仪器将参考值设置为其默认值。

#### 2.4.3. CALCulate:SCALe:FUNcTION {DB|DBM} CALCulate:SCALe:FUNcTION?

**命令描述** 选择标定函数以实现不同的操作:

DB 执行相对 dB 计算。结果是输入信号与存储的 DB 相对值 (CALCulate:SCALe:DB:REFerence) 之间的差值, 两个值均转化为 dBm (dB = 单位为 dBm 测量结果 - 单位为 dBm 的相对值)。

DBM 执行 dBm 计算。结果是对数表达式, 且基于转化为参考电阻的功率计算 (CALCulate:SCALe:DBM:REFerence), 与 1 mW 对比得出。 (dBm =  $10 \times \log_{10}(\text{测量结果}_2 / \text{参考电阻} / 1\text{mW})$ )。

**注意** 此命令仅适用于 ACV 和 DCV 测量功能。

参数 典型返回

```
{DB|DBM} DB 或 DBM
```

启用 DBM 标定函数供进行下次测量参考:

```
CALC:SCAL:FUNC DBM  
CALC:SCAL:STAT ON
```

对于 dB 函数, 使用转化为 dBm 的参考值的第一个测量结果自动选择参考值 (请参见

CALCulate:SCALE:REfERENCE:AUTO) 或可以由 CALCulate:SCALE:DB:REfERENCE 指定。

标定函数的结果必须位于  $-1.0E+24$  至  $-1.0E-24$ ，或  $+1.0E-24$  至  $1.0E+24$  范围之内。任何超出这些限制的结果均会替换为  $-9.9E37$  (负无穷大)、0 或  $9.9E37$  (正无穷大)。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

#### 2.4.4. CALCulate:SCALE:REfERENCE:AUTO {ON|1|OFF|0}

##### CALCulate:SCALE:REfERENCE:AUTO?

**命令描述** 为 dB 函数启用或禁用自动参考值标定功能。

**注意** 此命令仅适用于 ACV 和 DCV 测量功能。

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动参考选择启用 DB 函数，并使用第一测量值作为参考值：

```
CALC:SCAL:DBM:REF 50
```

```
CALC:SCAL:FUNC DB
```

```
CALC:SCAL:REF:AUTO ON
```

```
CALC:SCAL:STAT ON
```

```
READ?
```

打开：进行的第一个测量将用作所有后续测量的参考，并且禁用自动参考选择：

对于 dB 函数，第一个测量转换为 dBm，且将

CALCulate:SCALE:DB:REfERENCE 设置为结果。

关闭：CALCulate:SCALE:DB:REfERENCE 指定 DB 标定的参考。

当启用标定函数时，仪器启用自动参考选择(CALCulate:SCALE:STATe ON)。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

#### 2.4.5. CALCulate:SCALE[:STATe] {ON|1|OFF|0}

##### CALCulate:SCALE[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用标定函数。

**注意** 此命令仅适用于 ACV 和 DCV 测量功能。

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动参考选择启用 DB 函数，并使用第一测量值作为参考值：

```
CALC:SCAL:DBM:REF 50
```

```
CALC:SCAL:FUNC DB
```

```
CALC:SCAL:REF:AUTO ON
```

```
CALC:SCAL:STAT ON
```

```
READ?
```

启用定标功能也会启用自动空值选择(CALCulate:SCALE:REfERENCE:AUTO)。

当更改测量函数之后，仪器关闭此设置。

## 2.5. CALCulate:AVERage 子系统

此子系统计算测量统计信息。

### 命令概要

CALCulate:AVERage[:STATe]  
CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate]  
CALCulate:AVERage:ALL?  
CALCulate:AVERage:AVERage?  
CALCulate:AVERage:COUNt?  
CALCulate:AVERage:MAXimum?  
CALCulate:AVERage:MINimum?  
CALCulate:AVERage:PTPeak?  
CALCulate:AVERage:SDEVIation?

### 2.5.1. CALCulate:AVERage[:STATe] {ON|1|OFF|0}

#### CALCulate:AVERage[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用统计计算。

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

返回到 100 个频率测量的统计结果:

CONF:FREQ  
SAMP:COUN 100  
CALC:AVER:STAT ON  
INIT  
CALC:AVER:ALL?

**典型响应:**

-4.10466677E-04, +3.13684184E-04, +1.75743178E-02, -6.74799085E-04

当测量函数改变时, 或执行这些命令的任何一个时, 清除统计数据。

CALCulate:AVERage:STATe ON  
CALCulate:AVERage:CLEar  
INITiate  
MEASure:<function>?  
READ?

当更改测量函数之后, 仪器关闭此设置。

### 2.5.2. CALCulate:AVERage:ALL?

CALCulate:AVERage:AVERage?  
CALCulate:AVERage:COUNt?  
CALCulate:AVERage:MAXimum?  
CALCulate:AVERage:MINimum?  
CALCulate:AVERage:PTPeak?

### **CALCulate:AVERage:SDEviation?**

**命令描述** CALCulate:AVERage:ALL?查询返回自从最后一次清除统计时进行的所有测量的算术平均值(平均值)、标准差、最大值与最小值。CALCulate:AVERage:ALL?未返回计数和峰-峰值统计信息。以上所列其他六个查询返回单个值。

参数 典型返回

(无) (请参见下文)

返回到 100 个频率测量的统计结果:

CONF:FREQ

SAMP:COUN 100

CALC:AVER:STAT ON

INIT

CALC:AVER:ALL?

典型响应:

-4.10466677E-04, +3.13684184E-04, +1.75743178E-02, -6.74799085E-04

当测量函数改变时, 或执行这些命令的任何一个时, 清除统计数据。

CALCulate:AVERage:STATe ON

CALCulate:AVERage:CLEar

INITiate

MEASure:<function>?

READ?

除 COUNT 以外所有值均采用+1.00000000E+01 形式返回。COUNT 命令返回的是一个带符号的正整数: +129。

当使用 dB 或 dBm 标定时, CALC:AVER:AVER 和 CALC:AVER:SDEV 查询返回 +9.91000000E+37 (不是数字)。

### **2.5.3. CALCulate:AVERage:CLEar[:IMMediate]**

**命令描述** 清除所有经过计算的统计信息: 最小值、最大值、平均数、峰-峰、计数和标准偏差。

参数 典型返回

(无) (无)

清除保存的统计数据:

CALC:AVER:CLE

此命令不会清除读数存储器中的测量结果。

当测量函数改变时, 或执行这些命令的任何一个时, 清除统计数据。

CALCulate:AVERage:STATe ON

CALCulate:AVERage:CLEar

INITiate

MEASure:<function>?

READ?

要清除统计结果、极限、直方图数据和测量数据, 可使用 CALCulate:CLEar[:IMMediate]。

## 3. CONFigure 子系统

CONFigure 命令是配置测量的最简便方法。这些命令将使仪器恢复默认测量配置值。然而，这些命令不会自动开始测量，所以，可以在启动测量之前修改测量属性。

**注意** 使用 INITiate 或 READ? 启动测量。

### 命令概要

```
CONFigure?  
CONFigure:CONTInuity  
CONFigure:CURRent: {AC|DC}  
CONFigure:DIODE  
CONFigure: {FREQuency|PERiod}  
CONFigure: {RESistance|FRESistance}  
CONFigure:TEMPerature  
CONFigure[:VOLTage]: {AC|DC}  
CONFigure:CAPacitance
```

### CONFigure 命令的默认设置

CONFigure 命令用一个命令即可选择函数、量程和采样速度。所有其他参数均设置为其默认值(下同)。如果不对量程和采样速度进行设置，则也会恢复其默认值。

测量参数 默认设置

自动调零 关闭

量程 AUTO

每次触发的样本数 1 个样本

触发数 1 次触发

触发延迟 自动延迟

触发源 立即

触发斜率 NEGative

数学函数 禁用

### 使用 CONFigure

下面的示例使用 CONFigure 和 READ? 进行外部触发测量。CONFigure 命令配置直流电压测量，但是不会将仪器置于等待触发状态。

READ?查询将仪器置于“等待触发”状态，当后面板 Ext Trig 输入为脉冲信号(默认情况下为低)时启动测量，将测量结果储存于读数存储器中，并将测量结果传输至仪器的输出缓冲区。默认量程(自动调整量程)和默认采样速率(慢速)用于测量。

```
CONF:VOLT:DC
```

```
TRIG:SOUR EXT
```

```
READ?
```

典型响应: -5.21391630E-04

下面的示例和之前的示例类似，但是该示例使用 INITiate 和 FETCh?替代了 READ?。INITiate 命令将仪器置于“等待触发”状态，当后面板 Ext Trig 输入为脉冲信号(默认情况下为低)时触发

测量，并将测量结果发送至读数存储器。FETCh?查询将测量结果从读数存储器传输至仪器的输出缓冲区。

```
CONF:VOLT:DC
TRIG:SOUR EXT
INIT
FETC?
```

典型响应: -5.21205366E-04

利用 INITiate 将测量结果储存在读数存储器中比利用 READ?将测量结果发送到仪器的输出缓冲区快(假定您在完成之后才发送 FETCh?)。INITiate 命令也是一个“重复的”命令。这意味着在执行 INITiate 后，您才能发送不影响测量结果的其他命令。在启动读取尝试之前，这可以让您检查数据可用性，否则可能超时。请注意，FETCh?查询等待，直至所有测量完成后终止。在 UT8805 中最多可以存储 10,000 个测量值。

下面的示例配置仪器进行 2 线电阻测量，触发仪器使用 INITiate 进行一次测量，并将测量结果储存于读数存储器中。选择 10k $\Omega$  量程。

```
CONF:RES 10000
INIT
FETC?
```

典型响应: +5.21209585E+04

### 3.1. CONFigure?

**命令描述** 返回一个字符串指示当前函数和量程。总是返回短格式的函数名称(CURR:AC, FREQ)。

参数 典型返回

(无) “VOLT +2.00000000E-01”

返回当前函数、量程。

```
CONF?
```

### 3.2. CONFigure:CONTinuity

**命令描述** 将通断模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值。

参数 典型返回

(无) (无)

配置仪器至通断模式。然后，利用具有正斜率(上升沿)的外部触发进行测量，并读取测量结果：

```
CONF:CONT
TRIG:SOUR EXT
SLOP POS
READ?
```

对于通断测试(二线电阻测量)，量程固定在 1k $\Omega$ 。

对于小于或等于连续性门限(该门限可通过[:SENSe]:CONTinuity:THReshold:VALue 命令进行设置)的每项测量仪器发出蜂鸣声(如果启用蜂鸣器)，且实际电阻测量结果在显示屏上显示。



从设置的门限值至 1.2 k $\Omega$ ，仪器显示实际电阻测量值，无蜂鸣。超过 1.2 k $\Omega$ ，仪器显示“OPEN”(过载)，无蜂鸣。

FETCh?、READ? 和 MEASure:CONTInuity? 查询返回测得的电阻，而不管其值的大小。

使用 READ? 或 INITiate 开始测量。

### 3.3. CONFigure:CURRent:{AC|DC}

[ {<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 将交流/直流电流测量模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值，此外，还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200uA|2mA|20mA|200mA|2A|10A|AUTO}，默认 AUTO(自动调整量程)。

其中 200uA 和 2mA 档位只有直流电流模式下可以设置，交流模式下最小档位为 20mA

(无)

利用 2A 范围配置交流电流测量。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:CURR:AC 2
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应： +4.32133675E-04, +4.18424606E-04

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程，或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量，使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回“+9.90000000E+37”

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

### 3.4. CONFigure:DIODE

**命令描述** 将二极管模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值。

参数 典型返回

(无) (无)

配置并读取默认二极管测量值：

```
CONF:DIOD
```

```
READ?
```

典型响应： +1.32130000E-01

进行二极管测试时的量程是固定的：量程为 2VDC。

FETCh?、READ?和 MEASure:DIODE?查询返回测得的电压，而不管其值的大小。

使用 READ? 或 INITiate 开始测量。

### 3.5. CONFigure: {FREQuency | PERiod}

**命令描述** 将频率/周期模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值。

参数 典型返回

(无) (无)

配置并读取默认频率测量值:

```
CONF:FREQ
```

```
READ?
```

典型响应: +7.79645018E+01

对于所选择的电压范围来说,如果输入电压过大,仪器面板上显示 Overload(过载)字样,并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。可以为输入电压启用自动调整量程。

### 3.6. CONFigure: {RESistance | FRESistance}

[ {<range> | AUTO | MIN | MAX | DEF} ]

**命令描述** 将二线/四线电阻测量模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值,此外,还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200 Ω | 2 kΩ | 20 kΩ | 200 kΩ | 2 MΩ | 10 MΩ | 100 MΩ}, 默

认 AUTO(自动调整量程)

(无)

使用 200 Ω 范围配置四线电阻测量。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:FRES 200
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应: +6.71881065E+01, +6.83543086E+01

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程,或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量,使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值,仪器面板上显示 Overload(过载)字样,并从远程接口返回"+9.90000000E+37"

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

### 3.7. CONFigure: TEMPerature

[ {FRTD | RTD | FTHERmistor | THERmistor | TCouple} [, {<type> | DEFault} ] ]

**命令描述** 将通断模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值。

参数 典型返回

<probe\_type>:, 默认 RTD。

<type>: PT100(对于 RTD 来说唯一的选择)或

{E | J | K | N | R | T} (热电偶)

配置 RTD 测量。然后读取测量结果：

```
CONF:TEMP RTD,PT100
```

```
READ?
```

典型响应： -2.00000000E+02

要更改温度单位，使用 UNIT:TEMPerature。

如果输入信号大于可以测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

### 3.8. CONFIGure[:VOLTage]:{AC|DC}

[ {<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 将所有测量参数和触发参数设置为其默认值，进行交流或直流电压测量。此外，还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200 mV|2 V|20 V|200 V|1000 V(DC)/750V(AC)}, 默认  
AUTO (自动调整量程)

(无)

利用 200 V 范围配置交流电压测量。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:VOLT:AC 200
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应： +2.43186951E-02, +2.56896019E-02

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程，或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量，使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

### 3.9. CONFIGure:CAPacitance

[ {<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 将所有测量参数和触发参数设置为其默认值，进行电容测量。此外，还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {2nF|20nF|200nF|2uF |20uF| 200uF|10000uF}, 默认 AUTO  
(自动调整量程)

(无)

利用 2  $\mu$ F 范围配置电容测量。进行两次测量并读取读数：

CONF:CAP 2uF

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +7.26141264E-10,+7.26109188E-10

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程,或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量,使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值,仪器面板上显示 Overload(过载)字样,并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

## 4. DATA 子系统

利用该子系统可以从读数存储器中配置并删除数据。当测量配置变更,或执行以下这些命令时,仪器将从读数存储器中清除所有测量结果:

INITiate

MEASure:<function>?

READ?

### 命令概要

DATA:LAST?

DATA:POINTs?

DATA:REMOve?

### 4.1. DATA:LAST?

**命令描述** 返回最近一次的测量值。您可以在任何时间执行此查询,即使在一系列测量过程中。

参数 典型返回

(无)

一个带有单位的测量结果。如果没有数据可用,返回带单位的 9.9E37(不是数字)。

例如: -4.79221344E-04 VDC

返回最后一次测量:

DATA:LAST?

### 4.2. DATA: POINTs?

**命令描述** 返回当前在读数存储器中的测量总数。您可以在任何时间执行此查询,即使在一系列测量过程中。

参数 典型返回

(无) +20

返回读数存储器中的测量次数:

DATA:POIN?

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,000 个测量值

### 4.3. DATA:REMOve? <num\_readings> [, WAIT]

**命令描述** 从读数存储器中读取并擦除<num\_readings>测量结果。如果<num\_readings>测量结果更少可用，查询将返回一个错误，除非指定了 WAIT 参数，在这种情况下，查询将等待，直至<num\_readings>测量结果可用。

参数 典型返回

1~10000

-4.55379486E-04, -4.55975533E-04, -4.56273556E-04,

-4.53591347E-04, -4.55379486E-04

从读数存储器中读取并擦除五个最旧的读数：

DATA:REMOve? 5

利用 R?和 DATA:REMOve?查询可以定期从读数存储器删除测量结果，而测量结果通常会导致读数存储器溢出。

## 5. MEASure 子系统

MEASure 查询是获取测量值最简便的方法，因为该查询总是采用默认的测量参数。您使用一个命令来设置测量模式和档位，但是您无法更改其他参数的默认值。执行结果将会直接返回。

**注意** 一个 MEASure 查询在功能上相当于发送 CONFIgure，随后立即进行 READ?。区别在于您需要在 CONFIgure 命令后面带上您想要在 MEASure 命令后设置的参数。

### 命令概要

MEASure:CONTInuity?

MEASure:CURRent: {AC|DC}?

MEASure:DIODE?

MEASure: {FREQuency|PERiod}?

MEASure: {RESistance|FRESistance}?

MEASure:TEMPerature?

MEASure[:VOLTage]: {AC|DC}?

MEASure:CAPacitance?

### MEASure 命令的默认设置

MEASure 命令用一个命令即可选择函数、量程和采样速度。所有其他参数均设置为其默认值(下同)。如果不对量程和采样速度进行设置，则也会恢复其默认值。

测量参数 默认设置

自动调零 关闭

量程 AUTO

每次触发的样本数 1 个样本

触发数 1 次触发

触发延迟 自动延迟

触发源 立即

触发斜率 NEGative

数学函数 禁用

### 使用 MEASure? 查询

下面的示例配置了直流电压测量，内部触发仪器进行测量，并读取测量结果。默认量程(自动调整量程)用于测量。

MEAS:VOLT:DC?

典型响应: -4.96380404E-02

下面的示例配置了仪器进行二线电阻测量，触发仪器进行测量并读取测量结果。选择 1 k $\Omega$  量程。

MEAS:RES? 2000

典型响应: +9.84668434E+02

## 5.1. MEASure:CONTinuity?

**命令描述** 将通断模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后进行一次测量，测量结果将直接返回。

参数 典型返回

(无) +9.84739065E+02

配置仪器进行连续测量。然后进行测量，并读取测量结果:

MEAS:CONT?

对于通断测试(二线电阻测量)，量程固定在 1k $\Omega$ 。

对于小于或等于连续性门限(该门限可通过[:SENSe]:CONTinuity:THReshold:VALue 命令进行设置)的每项测量仪器发出蜂鸣声(如果启用蜂鸣器)，且实际电阻测量结果在显示屏上显示。

从设置的门限值至 1.2 k $\Omega$ ，仪器显示实际电阻测量值，无蜂鸣。超过 1.2 k $\Omega$ ，仪器显示“OPEN”(过载)，无蜂鸣。

FETCh?、READ? 和 MEASure:CONTinuity? 查询返回测得的电阻，而不管其值的大小。

## 5.2. MEASure:CURREnt:{AC|DC}?

[ {<range> | AUTO | MIN | MAX | DEF } ]

**命令描述** 将交流/直流电流测量模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量，并且在采集结束后将测量结果立即返回，此外，还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200uA|2mA|20mA|200mA|2A|10A|AUTO}，默认 AUTO(自动调整量程)。

其中 200uA 和 2mA 档位只有直流电流模式下可以设置，交流模式下最小档位为

20mA

(无)

利用 2A 范围配置交流电流测量。进行两次测量并读取读数:

CONF:CURR:AC 2

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +4.32133675E-04, +4.18424606E-04

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程, 或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量, 使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

使用 READ?或 INITiate 开始测量。

### 5.3. MEASure:DIODE?

**命令描述** 将通断模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量, 并且在采集结束后将测量结果立即返回。

参数 典型返回

(无) +9.84733701E-01

配置并读取默认二极管测量值:

MEAS:DIOD?

进行二极管测试时的量程是固定的: 量程为 2VDC。

FETCh?、READ?和 MEASure:DIODE?查询返回测得的电压, 而不管其值的大小。

### 5.4. MEASure:{FREQuency|PERiod}?

**命令描述** 将频率/周期模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量, 并且在采集结束后将测量结果立即返回。

参数 典型返回

(无) +7.19480528E+01

配置并读取默认频率测量值:

MEAS:FREQ?

对于所选择的电压范围来说, 如果输入电压过大, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。可以为输入电压启用自动调整量程。

### 5.5. MEASure:{RESistance|FRESistance}?

[ {<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 将二线/四线电阻测量模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量, 并且在采集结束后将测量结果立即返回, 此外, 还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200 Ω|2 kΩ|20 kΩ|200 kΩ|2 MΩ|10 MΩ|100 MΩ}, 默

认 AUTO(自动调整量程)

(无)

使用 200  $\Omega$  范围配置四线电阻测量。进行两次测量并读取读数:

MEAS:FRES? 200

典型响应: +6.71881065E+01

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程, 或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量, 使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"

## 5.6. MEASure:TEMPerature?

[ {RTD|THER|DEFault} [ {<type>|DEFault} ] ]

**命令描述** 将通断模式下的所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量, 并且在采集结束后将测量结果立即返回。

参数 典型返回

<probe\_type>: {RTD|THER}, 默认 THER。此命令默认的只能选择厂家内置的传感器, 不支持选择用户自定义传感器。

(无)

<type>: PT100(对于 RTD 来说唯一的选择)或

{BITS90|EITS90|JITS90|KITS90|NITS90|RITS90|SITS90|TITS90} (对于 THER 来说可以选择的传感器)

配置 RTD 测量。然后读取测量结果:

MEAS:TEMP? RTD,PT100

典型响应: -2.00000000E+02

要更改温度单位, 使用 UNIT:TEMPerature。

如果输入信号大于可以测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

## 5.7. MEASure[:VOLTage]: {AC|DC}?

[ {<range>|AUTO|MIN|MAX|DEF} ]

**命令描述** 将所有测量参数和触发参数设置为其默认值后立即触发测量, 并且在采集结束后将测量结果立即返回。此外, 还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {200 mV|2 V|20 V|200 V|1000 V(DC)/750V(AC)}, 默认

AUTO (自动调整量程)

(无)

利用 200 V 范围配置交流电压测量。进行测量并读取读数:

MEAS:VOLT:AC? 200

典型响应: +2.43186951E-02, +2.56896019E-02



您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程，或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量，使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

## 5.8. MEASure:CAPacitance

[ {<range> | AUTO | MIN | MAX | DEF } ]

**命令描述** 将所有测量参数和触发参数设置为其默认值，进行电容测量。此外，还可通过传入参数指定档位。

参数 典型返回

<range>: {2nF|20nF|200nF|2uF |20uF| 200uF|10000uF}，默认 AUTO  
(自动调整量程)

(无)

利用 2  $\mu$ F 范围配置电容测量。进行两次测量并读取读数：

MEAS:CAP? 2uF

READ?

典型响应: +7.26141264E-10

您可以传入 AUTO 参数或者不传任何参数选择自动调整量程，或者您也可以手动选择一个固定的量程。自动调整量程根据输入信号方便地为每个测量选择量程。要进行最快测量，使用手动调整量程(自动调整量程可能需要更多的时间)。

如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

## 6. SENSE 子系统

SENSE 子系统配置测量。最基本的 SENSE 命令是 [SENSE:]FUNCTION[:ON]，它选择测量函数。所有其他 SENSE 命令与特定的测量类型相关联：

电流

频率和周期

电阻

温度

电压

### 6.1. [SENSE:]FUNCTION[:ON] “<function>”

[SENSE:]FUNCTION[:ON]?

**命令描述** 选择测量模式(保留所有与函数相关的测量属性)。

参数 典型返回

CONTinuity

CURRent:AC

CURRent[:DC]

DIODe

FREQuency

FRESistance

PERiod

RESistance

TEMPerature

VOLTage:AC

VOLTage[:DC]

CAPacitance

默认为 VOLTage[:DC]。

## 6.2. [SENSe:]CURRent 子系统

此子系统配置交流和直流电流测量。

### 命令概要

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL[:STATe]

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe:AUTO

[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:TERMinals

[SENSe:]CURRent[:DC]:NPLC

**6.2.1. [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}**

**[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL[:STATe]?**

**命令描述** 启用或禁用归零功能。

注意 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

使用归零功能从测量值中减去 100mA 来配置交流电流测量。然后进行两次测量，并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区：

```
CONF:CURR:AC
```

```
CURR:AC:NULL:VALue 100mA
```

```
CURR:AC:NULL:STAT ON
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应： -9.92150377E-02, -9.98499843E-02

启用定标功能也会启用自动归零值选择

([SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值，使用此命令： [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue。  
出厂重置或 CONFIgure 功能之后仪器禁用归零功能。

### 6.2.2. [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue?

**命令描述** 设置归零值。

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

**参数 典型返回**

-12 至 12A，默认为 0 +1.00000000E-01

使用归零功能从测量值中减去 100mA 来配置交流电流测量。然后进行两次测量，  
并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区：

```
CONF:CURR:AC
```

```
CURR:AC:NULL:VALue 100mA
```

```
CURR:AC:NULL:STAT ON
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应： -9.92150377E-02, -9.98499843E-02

指定归零值将禁用自动归零值选择 ([SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值，须先打开归零开关 ([SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFIgure 函数之后，此参数被设置为其默认值。

### 6.2.3. [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0} [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO?

**命令描述** 启用或禁用自动归零值选择

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

**参数 典型返回**

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动选择的归零值进行测量：

```
CURR:AC:NULL:VAL:AUTO ON
```

```
READ?
```

典型响应： -4.67956379E-08, +2.33978190E-08

自动参考值选择开关打开时，所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。将 [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue 设置为此值。自动参考值选择功能将随即被禁用。

禁用自动归零值选择后 (OFF)，尝试用这条命令手动指定归零值：

```
[SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:VALue。
```

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择 ([SENSe:]CURRent:{AC|DC}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFIgure 函数之后，此参数被设置为其默认值。

### 6.2.4. [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:]CURRent:{AC|DC}:RANGe?

**命令描述** 手动选择测量量程。

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

<range>: {200uA|2mA|20mA|200mA|2A|10A|AUTO}, 默认  
AUTO(自动调整量程)。其中 200uA 和 2mA 档位只有直流电  
流模式下可以设置, 交流模式下最小档位为 20mA  
利用 2 A 范围配置交流电流测量。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:CURR:AC
```

```
CURR:AC:RANG 2
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应: +3.53049833E-04, +3.54828343E-04

选择固定量程([SENSE:]<function>:RANGE) 禁用自动调整量程。

如果输入信号大于指定档位测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

**6.2.5. [SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:RANGE:AUTO {OFF|ON}**

**[SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:RANGE:AUTO?**

**命令描述** 禁用或启用自动调整量程

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置交流电流测量并立即执行自动调整量程。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:CURR:AC
```

```
CURR:AC:RANG:AUTO ON
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应: +5.79294185E-06, +5.79294185E-06

在自动调整量程启用的情况下, 该仪器基于输入信号选择量程。

在出厂重置之后, 此参数被设置为其默认值。

**6.2.6. [SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:NPLC {Slow|Medium|Fast}**

**[SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:NPLC?**

**命令描述** 采样速率的设置, 有慢速, 中速, 快速三档位

**6.2.7. [SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:TERMINALS{Small|Big}**

**[SENSE:]CURRENT:{AC|DC}:TERMINALS?**

**命令描述** 将 AC 或 DC 电流测量配置为测量 200mA 或 10A 端子上的电源。

参数 典型返回

{Small|Big} 默认值: Small 200mA 或 10A

将 AC 电流测量配置为使用 10 A 端子。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:CURR:AC
```

```
CURR:AC:TERM B
```

```
SAMP:COUN 2
```

READ?

典型响应: +7.81929394E+00, 7.82013671E+00

### 6.3. [SENSe:] {FREQuency|PERiod} 子系统

该子系统配置频率和周期测量。

#### 命令概要

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL[:STATe]

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue:AUTO

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTag:e:RANGe

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTag:e:RANGe:AUTO

#### 6.3.1. [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用归零功能。

**注意** 此参数在频率和周期测量之间共享。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

使用归零功能从测量值中减去 1kHz 来配置频率测量。进行两次测量并读取读数:

CONF:FREQ

FREQ:NULL:VAL 1kHz

FREQ:NULL:STAT ON

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +1.15953012E+02, +1.07954466E+02

启用定标功能也会启用自动归零值选择

([SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值, 使用此命令:

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue。

出厂重置或 CONFIGure 功能之后仪器禁用归零功能。

#### 6.3.2. [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue?

**命令描述** 设置归零值。

**注意** 此参数在频率和周期测量之间共享。

参数 典型返回

-1.2E6 至 +1.2E6, 默认为 0 +1.00000000E-02

使用归零功能从测量值中减去 1kHz 来配置频率测量。进行两次测量并读取读数:

CONF:FREQ

FREQ:NULL:VAL 1kHz

FREQ:NULL:STAT ON

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +1.15953012E+02,+1.07954466E+02

指定归零值将禁用自动归零值选择([SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值, 须先打开归零开关([SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:STATe ON)。

出厂重置或 CONFIgure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.3.3. [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0} [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue:AUTO?

**命令描述** 启用或禁用自动归零值选择

**注意** 此参数在频率和周期测量之间共享。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动选择的归零值进行测量:

```
FREQ:NULL:VAL:AUTO ON
```

```
READ?
```

典型响应: +1.15953012E+02,+1.07954466E+02

自动参考值选择开关打开时, 所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。

使用 [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:VALue 指定归零值, 自动参考值选择功能将随即被禁用。

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择([SENSe:] {FREQuency|PERiod}:NULL:STATe ON)。

出厂重置或 CONFIgure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.3.4. [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe?

**命令描述** 手动选择频率/周期测量模式下的电压量程。

**注意** 此参数在频率和周期测量之间共享。

参数 典型返回

<range>: {200 mV|2 V|20 V|200 V|750V}, 默认为 20V +2.00000000E+01

使用 20 VAC 量程配置频率测量。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:FREQ
```

```
FREQ:VOLT:RANG 20
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。

如果输入信号大于指定档位测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

在出厂重置或 CONFIgure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.3.5. [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe:AUTO {ON|1|OFF|0} [SENSe:] {FREQuency|PERiod}:VOLTage:RANGe:AUTO?

**命令描述** 禁用或启用频率/周期测量模式下的电压自动调整量程功能。

**注意** 此参数在频率和周期测量之间共享。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置频率测量并立即执行交流电压自动调整量程。进行两次测量并读取读数:

```
CONF:FREQ
FREQ:VOLT:RANG:AUTO ON
SAMP:COUN 2
READ?
```

在自动调整量程启用的情况下，该仪器基于输入信号选择量程。  
选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。

## 6.4. [SENSe:] {RESistance|FRESistance} 子系统

此子系统配置 2 线和 4 线电阻测量。

### 命令概要

```
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NPLC
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL[:STATe]
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO
```

#### 6.4.1. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NPLC {Slow|Medium|Fast}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NPLC?

**命令描述** 采样速率的设置，有慢速，中速，快速三档位。

#### 6.4.2. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用归零功能。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置二线电阻测量，使用归零功能设置参考值为 100 mΩ 的导线电阻。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:RES
RES:NULL:VAL 0.1
RES:NULL:STAT ON
SAMP:COUN 2
READ?
```

启用定标功能也会启用自动归零值选择

([SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值，使用此命令：

```
[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue.
```

出厂重置或 CONFigure 功能之后仪器禁用归零功能。

#### 6.4.3. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue?

**命令描述** 设置归零值。

参数 典型返回

-120 M $\Omega$  至+120 M $\Omega$ ，默认为 0 +1.00000000E+02

配置二线电阻测量，使用归零功能设置参考值为 100 m $\Omega$  的导线电阻。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:RES
RES:NULL:VAL 0.1
RES:NULL:STAT ON
SAMP:COUN 2
READ?
```

典型响应： +1.04530000E+02,+1.04570000E+02

指定归零值将禁用自动归零值选择([SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值，须先打开归零开关([SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后，此参数被设置为其默认值。

#### 6.4.4. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0} [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue:AUTO?

**命令描述** 启用或禁用自动归零值选择

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动选择的归零值进行测量：

```
RES:NULL:VAL:AUTO ON
READ?
```

典型响应： +1.23765203E+02,+1.16564762E+02

自动参考值选择开关打开时，所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。使用 [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:VALue 设置归零值，自动参考值选择功能将随即被禁用。

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择

([SENSe:] {RESistance|FRESistance}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后，此参数被设置为其默认值。

#### 6.4.5. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe?

**命令描述** 手动选择二线/四线电阻测量模式下的量程。

参数 典型返回

<range>: {200  $\Omega$  | 2 k $\Omega$  | 20 k $\Omega$  | 200 k $\Omega$  | 2 M $\Omega$  | 10 M $\Omega$  | 100 M $\Omega$ }，默认 2 k $\Omega$  +2.00000000E+03

使用 2 k $\Omega$  量程配置二线电阻测量。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:RES
RES:RANG 2000
SAMP:COUN 2
READ?
```

选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。



如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

#### 6.4.6. [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO {OFF|ON} [SENSe:] {RESistance|FRESistance}:RANGe:AUTO?

**命令描述** 禁用或启用二线/四线电阻测量模式下的自动调整量程功能。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置二线电阻测量并立即执行自动调整量程。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:RES
```

```
RES:RANG:AUTO ON
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

在自动调整量程启用的情况下，该仪器基于输入信号选择量程。

选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 6.5. [SENSe:]TEMPerature 子系统

此子系统配置温度测量。

### 命令概要

```
[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]
```

```
[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue
```

```
[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO
```

```
[SENSe:]TEMPerature:NPLC
```

```
[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE
```

```
[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction
```

```
[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:TYPE
```

```
[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:OFFSet:ADJust
```

```
[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:TYPE
```

#### 6.5.1. [SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

```
[SENSe:]TEMPerature:NULL[:STATe]?
```

**命令描述** 启用或禁用归零功能。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

使用归零功能减去 25° 配置温度测量：

```
TEMP:NULL:STAT ON;VAL 25
```

启用定标功能也会启用自动归零值选择([SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值，使用此命令：[SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue。

出厂重置或 CONFIgure 功能之后仪器禁用归零功能。

### 6.5.2. [SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF}

#### [SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue?

**命令描述** 为温度测量储存一个归零值。

**参数** 典型返回

-1.0E15 至+1.0E15, 默认为 0 +0.00000000E+00

使用归零功能减去 25° 配置温度测量:

```
TEMP:NULL:VALue 25
```

```
TEMP:NULL:STAT ON
```

指定归零值将禁用自动归零值选择([SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值, 须先打开归零开关([SENSe:]TEMPerature:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.5.3. [SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0}

#### [SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue:AUTO?

**命令描述** 启用或禁用自动归零值选择

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动归零值选择进行测量:

```
TEMP:NULL:VAL:AUTO ON
```

自动参考值选择开关打开时, 所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。使用 [SENSe:]TEMPerature:NULL:VALue 设置归零值, 自动参考值选择功能将随即被禁用。

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择([SENSe:]TEMPerature:NULL:STATe ON)。

在出厂重置、或 CONFigure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.5.4.

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE {FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor|TCouple}

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TYPE?

选择探头型传感器用于温度测量。支持的探头是 2 线和 4 线 RTD、2 线和 4 线热敏电阻, A 和 E、J、K、N、R 或 T 类热电偶。

**参数** 典型返回

{FRTD|RTD|FTHermistor|THERmistor|TCouple}. 默认值: FRTD

使用具有 100.1 Ω 的 R<sub>0</sub> 的 RTD 配置 2 线 RTD 测量。进行两次测量并读取读数:

```
FUNC "TEMP"
```

```
TEMP:TRAN:TYPE RTD
```

```
TEMP:TRAN:FRTD:RES 100.1
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应: +2.54530000E+01, +2.54570000E+01

### 6.5.5.

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction {<temperature>|MIN|MAX|DEF}

### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction?

设置以摄氏度为单位的固定参考结温度，进行热电偶测量。

参数 典型返回

-20 ° C 至+80 ° C，默认：0 ° C

配置 K 型热电偶测量，选择固定参考结并将参考结温度设置为+20 ° C，进行两次测量并读取读数：

```
CONF:TEMP TC,K
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN:TYPE FIX
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN 20.0
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应：+3.31785468E+00,+3.61554515E+00

### 6.5.6.

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:OFFSet:ADJust

{<temperature>|MIN|MAX|DEF}

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:OFFSet:ADJust?

使您可以进行温度微调，来修正 DMM 前连接的内部温度测量值和测量端子实际温度之间的误差。

参数 典型返回

-20 ° C 至+20 ° C，默认：0 ° C

使用内部参考，配置热电偶温度测量，假设仪器外温度比仪器内温度低 5 ° C，将该温度调低 5 ° C，然后进行测量，并读取测量结果：

```
CONF:TEMP TC,K
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN:TYPE INT
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN:OFFS:ADJ -5
```

```
READ?
```

典型响应：+3.31785468E+00

### 6.5.7.

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:TYPE {INTernal|FIXed}

#### [SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:RJUNction:TYPE?

热电偶测量要求必须指定参考结温度。对于参考结温度，您可以使用内部测量值或者已知的固定结温度。此命令选择参考结源进行热电偶测量。

参数 典型返回

{FIXed|INTernal}，默认为 INT

配置 K 型热电偶测量，选择固定参考结并将参考结温度设置为+20 ° C。进行两次测量并读取读数：

```
CONF:TEMP TC,K
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN:TYPE FIX
```

```
TEMP:TRAN:TC:RJUN 20.0
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应：+3.31785468E+00,+3.61554515E+00

⚠ 重要注意事项：由于内部参考温度是前连接的温度，使用选定内部参考结的后连接将产生未知错误，且无法指定性能，因而不建议此操作。

1 测量准确度在很大程度上取决于热电偶连接和所用的参考结类型。要获得最准确的测量结果，请使用固定温度参考(必须保持已知的结温度)。

### 6.5.8.

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:TYPE {E|J|K|N|R|T}

[SENSe:]TEMPerature:TRANsducer:TCouple:TYPE?

为热电偶测量选择热电偶类型。

参数典型返回

{E|J|K|N|R|T}，默认为 J

配置 K 型热电偶测量，选择固定参考结并将参考结温度设置为+20 ° C。进行两次测量并读取读数：

CONF:TEMP TC,K

TEMP:TRAN:TC:RJUN:TYPE FIX

TEMP:TRAN:TC:RJUN 20.0

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +3.31785468E+00,+3.61554515E+00

## 6.6. [SENSe:]VOLTage 子系统

此子系统配置直流/交流电压测量。

### 命令概要

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL[:STATe]

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO

[SENSe:]VOLTage[:DC]:NPLC

[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance

6.6.1. [SENSe:] VOLTage:{AC|DC}:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[SENSe:] VOLTage:{AC|DC}:NULL[:STATe]?

**命令描述** 启用或禁用归零功能。

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享，此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

使用归零功能从测量值中减去 100mV 来配置交流电压测量。然后进行两次测量，并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区：

CONF:VOLT:AC

VOLTage:AC:NULL:VALue 100mV

VOLT:AC:NULL:STAT ON

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +1.03625390E+00,+1.03641200E+00

启用定标功能也会启用自动归零值选择

([SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值，使用此命令：[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue。

出厂重置或 CONFigure 功能之后仪器禁用归零功能。

#### 6.6.2. [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue?

**命令描述** 设置归零值。

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享。此参数独立于交流和直流测量。

**参数** 典型返回

-1200 至+1,200 V，默认为 0 +1.00000000E+01

使用归零功能从测量值中减去 100mV 来配置交流电压测量。然后进行两次测量，并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区：

```
CONF:VOLT:AC
```

```
VOLTage:AC:NULL:VALue 100mV
```

```
VOLT:AC:NULL:STAT ON
```

```
SAMP:COUN 2
```

```
READ?
```

典型响应： +1.03625390E+00,+1.03641200E+00

指定归零值将禁用自动归零值选择

([SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值，须先打开归零开关([SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后，此参数被设置为其默认值

#### 6.6.3. [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0} [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO?

**命令描述** 启用或禁用自动归零值选择

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享，此参数独立于交流和直流测量。

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动选择的归零值进行测量：

```
VOLT:AC:NULL:VAL:AUTO ON
```

```
READ?
```

典型响应： +0.00000000E+00,+0.01230000E+00

自动参考值选择开关打开时，所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。使用 [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:VALue 设置归零值，自动参考值选择功能将随即被禁用。

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择

([SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 功能之后，此参数被设置为其默认值。

#### 6.6.4. [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF} [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe?

**命令描述** 手动选择测量量程。

**注意** 此参数不在交流和直流测量之间共享，此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

<range>: {200 mV|2 V|20 V|200 V|1000 V(DC)/750V(AC)}

交流默认为 20V。

直流默认为 1000V。

利用 2 V 范围配置交流电压测量。进行两次测量并读取读数：

CONF:VOLT:AC

VOLT:AC:RANG 2

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应： +8.21650028E-03,+8.17775726E-03

选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。

如果输入信号大于指定档位测量的值，仪器面板上显示 Overload(过载)字样，并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

6.6.5. [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO {ON|1|OFF|0}

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:RANGe:AUTO?

命令描述 禁用或启用自动调整量程

注意 此参数不在交流和直流测量之间共享。 此参数独立于交流和直流测量。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置交流电压测量为自动调整量程，进行两次测量并读取读数：

CONF:VOLT:AC

VOLT:AC:RANG:AUTO ON

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应： +8.36187601E-03,+8.34387541E-03

在自动调整量程启用的情况下，该仪器基于输入信号选择量程。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

6.6.6. [SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NPLC {Slow|Medium|Fast}

[SENSe:]VOLTage:{AC|DC}:NPLC?

命令描述 采样速率的设置，有慢速，中速，快速三档位。

6.6.7. [SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO

[SENSe:]VOLTage[:DC]:IMPedance:AUTO?

针对 DC 电压测量禁用或启用自动输入阻抗模式。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}，默认值： OFF。 0 (OFF) 或 1 (ON)

用一个 10 M $\Omega$  的输入阻抗进行所有的 DC 电压测量：

VOLT:IMP:AUTO OFF

**OFF:** 对于所有量程而言，DC 电压测量的输入阻抗固定在 10 M $\Omega$ ，以便将噪声拾取降到最低。

**ON:** DC 电压测量的输入阻抗随量程变化而变化。针对 200 mV、2 V 和 20 V 量程，将

其设置为"HI-Z" (>10 GΩ) 以减少测量加载错误对这些较低量程的影响。将 200 V 和 1000 V 量程保持在 10MΩ 输入阻抗。

## 6.7. [SENSe:]CAPacitance 子系统

此子系统配置电容测量。

命令概要

```
[SENSe:]CAPacitance:NULL[:STATe]
[SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue
[SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue:AUTO
[SENSe:]CAPacitance:RANGe
[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO
```

### 6.7.1. [SENSe:]CAPacitance:NULL[:STATe] {ON|1|OFF|0}

[SENSe:]CAPacitance:NULL[:STATe]?

命令描述 启用或禁用归零功能。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

使用归零功能从测量值中减去 100nF 来配置电容测量。然后进行两次测量, 并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区:

```
CONF:CAP
CAP:NULL:VALue 100nF
CAP:NULL:STAT ON
SAMP:COUN 2
READ?
```

典型响应: +4.79899595E-10,+4.79906446E-10

启用定标功能也会启用自动归零值选择

([SENSe:]Capacitance:{AC|DC}:NULL:VALue:AUTO ON)。

要设置一个固定的归零值, 使用此命令: [SENSe:]Capacitance:{AC|DC}:NULL:VALue。

出厂重置或 CONFigure 功能之后仪器禁用归零功能。

### 6.7.2. [SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue?

命令描述 设置归零值。

参数 典型返回

-12 至+12 mF, 默认为 0 +1.20000000E-02

使用归零功能从测量值中减去 100nF 来配置交流电容测量。然后进行两次测量, 并将测量结果发送到仪器的输出缓冲区:

```
CONF:CAP
CAP:NULL:VALue 100nF
CAP:NULL:STAT ON
SAMP:COUN 2
READ?
```

典型响应: +4.79899595E-10,+4.79906446E-10

指定归零值将禁用自动归零值选择([SENSe:]Capacitance:NULL:VALue:AUTO OFF)。

要使用归零值, 须先打开归零开关([SENSe:]Capacitance:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.7.3. [SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue:AUTO {ON|1|OFF|0}

[SENSe:]CAPacitance:NULL:VALue:AUTO?

命令描述 启用或禁用自动归零值选择

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

利用自动选择的归零值进行测量:

CAP:NULL:VAL:AUTO ON

READ?

典型响应: +0.00000000E+00,+1.02300000E-01

自动参考值选择开关打开时, 所做的第一次测量值被用作所有以后测量的归零值。使用

[SENSe:]Capacitance:NULL:VALue 设置归零值, 自动参考值选择功能将随即被禁用。

启用归零功能后仪器启用自动归零值选择([SENSe:]Capacitance:NULL:STATe ON)。

在出厂重置或 CONFigure 函数之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.7.4. [SENSe:]CAPacitance:RANGe {<range>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:]CAPacitance:RANGe?

命令描述 手动选择测量量程。

参数 典型返回

<range>: {2nF|20nF|200nF|2uF|20uF|200uF|2mF|AUTO}

默认为 2uF (+2.00000000E-06)

利用 2uF 档位配置电容测量。进行两次测量并读取读数:

CONF:CAP

CAP:RANG 2E-6

SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +7.28283777E-10,+7.28268544E-10

选择固定量程([SENSe:]<function>:RANGe) 禁用自动调整量程。

如果输入信号大于指定档位测量的值, 仪器面板上显示 Overload(过载)字样, 并从远程接口返回"+9.90000000E+37"。

在出厂重置之后, 此参数被设置为其默认值。

### 6.7.5. [SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO {OFF|ON}

[SENSe:]CAPacitance:RANGe:AUTO?

命令描述 禁用或启用自动调整量程

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

配置交流电流测量并立即执行自动调整量程。进行两次测量并读取读数:

CONF:VOLT:AC

VOLT:AC:RANG:AUTO ON



SAMP:COUN 2

READ?

典型响应: +8.36187601E-03,+8.34387541E-03

在自动调整量程启用的情况下,该仪器基于输入信号选择量程。

在出厂重置之后,此参数被设置为其默认值。

## 6.8. [SENSe:]CONTInuity 子系统

此子系统配置通断性测量。

命令概要

[SENSe:]CONTInuity:THReshold:VALue

6.8.1. [SENSe:]CONTInuity:THReshold:VALue {<value>|MIN|MAX|DEF}

[SENSe:]CONTInuity:THReshold:VALue?

命令描述 禁用或启用自动调整量程

参数 典型返回

0~2000 Ω, 默认为 0 +2.00000000E+03

将门限电阻设置为 2000:

CONT:THR:VAL 2000

## 7. SYSTem 子系统

SYSTem 子系统包括通用命令和远程接口配置命令。

### 7.1. 通用命令

7.1.1. SYSTem:ERRor[:NEXT]?

读取和清除错误队列中的一个错误。参数典型返回

(无) -113,"Undefined header"

读取并清除错误队列中的第一个错误:

SYST:ERR?

1 错误消息的格式如下(错误字符串最多可包含 255 个字符)。

<错误代码>,<错误字符串>

其中:

<错误代码> = 一个正整数或负整数

<错误字符串> = 引号中的 ASCII 字符串,最多包含 255 个字符

7.1.2. SYSTem:BEEPer:STATe {ON|1|OFF|0}

SYSTem:BEEPer:STATe?

**命令描述** 在连续性、二极管或者探头保持测量过程中或者当前面板或远程接口产生错误时,禁用或启用蜂鸣器发声。

参数 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

禁用蜂鸣器状态:

SYST:BEEP:STAT OFF

此命令不影响前面板键发声。

此设置为非易失性；此设置不会因为加电循环或、出厂重置而改变。

## 8. TRIGger 子系统

TRIGger 子系统配置控制触发相关配置。

### 命令概要

TRIGger:COUNT

TRIGger:DElay

TRIGger:DElay:AUTO

TRIGger:SLOPe

TRIGger:SOURce

### 8.1. TRIGger:COUNT {<count>|MIN|MAX|DEF}

#### TRIGger:COUNT?

**命令描述** 选择仪器在一次测量中所接受的触发数。

参数 典型返回

1 至 2147483647。默认为 1

+1.00000000E+00

返回十组五次直流电压测量结果：

CONF:VOLT:DC

SAMP:COUN 5

TRIG:COUN 10

READ?

典型响应： -1.85425399E-04, ... ( 50 次测量)

您可以将指定的触发计数与一个样本计数(SAMPle:COUNT)一同使用，而样本计数设置每次触发的采样次数。在这种情况下，返回的测量次数就是样本计数乘以触发计数。

在 UT8805 的读数存储器中最多可以存储 1,0000 个测量值，如果读数存储器溢出，新的测量值将会覆盖存储的最旧的测量值；始终会保留最新的测量值。不会产生任何错误，但在可疑数据寄存器的条件寄存器中设置 Reading Mem Ovfl(读数存储器溢出)位(位 14)。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

### 8.2. TRIGger:DElay {<seconds>|MIN|MAX|DEF}

#### TRIGger:DElay?

**命令描述** 设置触发信号和第一次测量之间的延迟。

参数 典型返回

1 至 3600 秒，默认 1 秒 +1.00000000E-06

返回五次直流电压测量结果。每次测量前都有一个 2 秒延迟。

CONF:VOLT:DC 10

SAMP:COUN 5

TRIG:DEL 2

READ?

典型响应:

+3.07761360E-03, -1.16041169E-03, +5.60585356E-06, +1.21460160E-04, +2.85898531E-04

默认情况下, TRIGger:DElay:AUTO 为开启。仪器根据函数、量程和积分时间自动确定延迟(请参见自动触发延迟)。然而,您可能需要为长电缆、高电容或高阻抗信号设置比自动延迟更长的延迟。

默认情况下, TRIGger:DElay:AUTO 为开启。仪器根据函数、量程和积分时间自动确定延迟(请参见自动触发延迟)。然而,您可能需要为长电缆、高电容或高阻抗信号设置比自动延迟更长的延迟。

如果您用此命令指定一个触发延迟,则该延迟将用于所有函数和量程。

如果您为仪器的每个触发配置了不止一个测量(SAMPle:COUNt >1),触发后,将在两个相邻测量间插入延迟。

进行出厂重置后,仪器会选择自动触发延迟。

### 8.3. TRIGger:DElay:AUTO {ON|1|OFF|0}

#### TRIGger:DElay:AUTO?

**命令描述** 禁用或启用自动触发延迟。

**参数** 典型返回

{ON|1|OFF|0}, 默认开启 0(关闭)或 1(开启)

返回五次直流电压测量结果。每次测量前都有一个自动延迟。

CONF:VOLT:DC 10

SAMP:COUN 5

TRIG:DEL:AUTO 1

READ?

典型响应:

+3.07761360E-03, -1.16041169E-03, +5.60585356E-06, +1.21460160E-04, +2.85898531E-04

使用 TRIGger:DElay 禁用自动触发延迟选择一个特定的触发延迟。

在出厂重置之后,此参数被设置为其默认值。

### 8.4. TRIGger:SLOPe {POSitive|NEGative}

#### TRIGger:SLOPe?

**命令描述** 选择让仪器是用后面板 Ext Trig BNC 连接器上传入信号的上升沿(POS) 还是下降沿(NEG)作为触发信号。

参数 典型返回

{POSitive|NEGative} ，默认 NEGative POS 或 NEG

返回十组五次直流电压测量结果，采用正向外部触发启动每个测量组：

CONF:VOLT:DC

SAMP:COUN 5

TRIG:COUN 10

TRIG:SOUR EXT;SLOP POS

READ?

典型响应： -1.85425399E-04, ... ( 50 次测量)

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。

## 8.5. TRIGger:SOURce {IMMediate|EXTernal|BUS}

### TRIGger:SOURce?

**命令描述** 为测量选择触发源：

源 典型返回

IMMediat

e 触发信号一直存在。将仪器置于“等待触发”状态时，将立刻发出触发信号。

BUS 一旦数字万用表处于“等待触发”状态，\*TRG 就会通过远程接口触发仪器。

EXTernal

仪器接收应用于后面板 Ext Trig 输入的硬件触发，并每次

OUTPut:TRIGger:SLOPe 接收一个 TTL 脉冲时采用指定的测量次数

(SAMPle:COUNT)。如果仪器在准备好以前接收了一个外部触发，则仪器将缓冲一个触发。

参数 典型返回

{IMMediate|EXTernal|BUS} ，默认 IMMediate IMM、EXT 或 BUS

返回十组五次直流电压测量结果，采用正向外部触发启动每个测量组：

CONF:VOLT:DC

SAMP:COUN 5

TRIG:COUN 10

TRIG:SOUR EXT;SLOP POS

READ?

典型响应： -1.85425399E-04, ... ( 50 次测量)

选择触发源后，您必须通过发送 INITiate 或 READ?将仪器置于“等待触发”状态。只有仪器处于“等待触发”状态，才会从选择的触发源接收触发。

在出厂重置之后，此参数被设置为其默认值。